

Common wasp venom (i3)

Kat.č. ED7447

Zamýšlené použití

Alergenový extrakt je určen pro *in vitro* stimulaci bazofilních granulocytů, která je zprostředkována specifickými IgE protilátkami na buněčné úrovni, ve vzorku lidské periferní krve za účelem stanovení míry aktivace bazofilů metodou průtokové cytometrie (BAT).

Složení produktu

Kód ¹	i3
Allergome ¹	2400
77 ng alergenového extraktu <i>Vespula vulgaris</i> (i3)	
1,44 mg NaCl	
0,036 mg KCl	
0,037 mg KH ₂ PO ₄	
0,26 mg Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O	

Obsah balení

Reagencie je dodávána v jednotestové zkumavce pro průtokovou cytometrii ve formě lyofilizované směsi aktivní složky, kterou tvoří alergenový extract *Vespula vulgaris*, a ochranných a podpůrných látek. Reagencie je určena pro použití v rámci jednoho testu.

Skladování a nakládání s produktem

Produkt ED7447 si zachová funkční charakteristiky skladováním při laboratorní teplotě (20–30 °C) do data expirace, které je vytištěné na produktové etiketě.

Produkt ED7447 po otevření ihned použijte k uvedenému účelu použití.

Nepoužívejte produkt po uplynutí doby expirace uvedené na produktové etiketě.

Upozornění a opatření

Reagencie alergenového extraktu je určena pouze pro výzkumné účely.

Reagencie alergenového extraktu ED7447 je optimalizována pro použití v diagnostické soupravě ED7043 BasoFlowEx[®] Kit. Pro použití v jiné komerční soupravě je potřeba provést vlastní optimalizaci.

Alergenový extrakt může vyvolat alergickou reakci u citlivých osob.

Dodržujte zásady bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky.

Postup přípravy vzorku

Pro vyšetření jednoho vzorku krve stimulačním alergenem je třeba vykonat následující činnosti:

Centrifugujte zkumavku ED7447 s alergenem **1 min. při 200 x g**.

Do zkumavky s alergenem napipetujte **100 µl rekonstituovaného stimulačního pufru** (ED7043-1 Stimulation Buffer).

Do zkumavky s alergenem napipetujte **100 µl krve s heparinem** a zkumavku promíchejte pomocí vortexu a dále pokračujte podle postupu uvedeného v soupravě ED7043 BasoFlowEx[®] Kit.

Literatura

1. I/LA20-A2: Analytical Performance Characteristics and Clinical Utility of Immunological Assays for Human Immunoglobulin E (IgE) Antibodies and Defined Allergens Specificities; Approved Guideline – Second Edition (2009).

Výrobce








EXBIO Praha, a.s.
Nad Saffinou II 341
25250 Vestec
Czech Republic

info@exbio.cz
technical@exbio.cz
orders@exbio.cz
www.exbio.cz

Historie revizí

- Verze 1, ED7447_TDS_v1
První vydání
- Verze 2, ED7447_TDS_v2
Změna loga společnosti, změna rozvržení TDS

Použité symboly

	Katalogové číslo
	Číslo šarže
	Spotřebujte do
	Rozmezí skladovacích teplot
	Pozorně přečtěte instrukce k použití
	Výrobce
	Pouze pro výzkumné účely. Nepoužívat pro diagnostické a terapeutické procedury.



Common wasp venom (i3) **Vosa obecná, *Vespula vulgaris***

1 test | Kat.č. ED7447

Pouze pro výzkumné účely.
Nepoužívat pro diagnostické a terapeutické procedury.

Technický list

Verze ED7447_TDS_v2_CS
Datum vydání: 03-04-2019

CS

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny produkty určeny pouze pro výzkumné účely, a nikoliv pro diagnostické použití. In vivo diagnostické nebo terapeutické aplikace jsou přísně zakázány. Výrobky nesmějí být použity k dalšímu prodeji nebo převodu třetím osobám ani jako samostatný výrobek, ani jako součást výroby jiného výrobku bez písemného souhlasu EXBIO Praha, a.s.

EXBIO Praha, a.s. nenese odpovědnost za porušení patentu ani za žádné další porušení práv duševního vlastnictví, ke kterým může dojít při používání těchto produktů. Objednávky na všechny produkty jsou přijímány v souladu s Terms and Conditions dostupnými na www.exbio.cz.

EXBIO, EXBIO Logo a všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti EXBIO Praha, a.s.

© 2019 EXBIO. All rights reserved.