

rVes v 1 (i211)

25 testů | Kat. č. ED7643

Pouze pro výzkumné účely. Nepoužívat pro diagnostické účely nebo terapeutické procedury.

Technický list (CS)
Verze: ED7643_TDS_v4_CS
Datum vydání: 01-03-2023

Zamýšlené použití

Reagencie je určena pro *in vitro* stimulaci bazofilních granulocytů (bazofilů) ve zkušavce na jedno použití. Reagencie je optimalizována pro test aktivace bazofilů za použití soupravy BasoFlowEx Kit, kat. č. ED7043 (EXBIO) pomocí průtokové cytometrie.

Poskytované materiály

Obsah

25 uzavřených zkušavek na jedno použití (12 x 75 mm), z nichž každá obsahuje lyofilizovaný alergen.

Složení

Příprava	Purifikovaný rekombinantní protein. Lyofilizováno z 0,2 µm filtrovaného roztoku alergenu v PBS s ochrannými přísadami.
Množství	4,4 ng

Specifikace

Název alergenu	rVes v 1.0101
Zdroj alergenu	<i>Vespula vulgaris</i>

Skladování a manipulace

Skladujte při teplotě 20-30 °C.

Vyhňte se dlouhodobé expozici na světle.

Udržujte v suchu.

UPOZORNĚNÍ: Produkt je citlivý na vlhkost. Fóliový sáček otevírejte bezprostředně před prvním použitím.



Po prvním otevření skladujte zbývající nepoužité zkušavky v pečlivě uzavřeném fóliovém sáčku pomocí zipového uzávěru.

Po prvním otevření spotřebujte zbývající zkušavky s alergenem do 12 měsíců.

Výstrahy, opatření a omezení

GHS klasifikace nebezpečnosti

Úplné informace o rizicích, která představují chemické látky a směsi obsažené v tomto výrobku a o tom, jak s nimi zacházet a jak je likvidovat, naleznete v Bezpečnostním listu (SDS), který je k dispozici na www.exbio.cz.

Biologické riziko

Lidské biologické vzorky, krevní vzorky a jakékoliv materiály, které s nimi přicházejí do kontaktu, jsou vždy považovány za infekční.

Používejte osobní ochranné a bezpečnostní pomůcky, abyste zabránili kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.

Dodržujte všechny platné zákony, předpisy a postupy pro manipulaci a likvidaci infekčních materiálů.

Projevy znehodnocení

Normální vzhled dodané reagencie je bílá pecička na dně zkušavky. Nepoužívejte, pokud pozorujete jakoukoli změnu vzhledu, např. stopy vlhkosti uvnitř zkušavky.

Omezení použití

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítcích výrobku.

Testovací zkušavky nepoužívejte opakovaně.

Postup

Test aktivace bazofilů (BAT) provádějte podle návodu k použití soupravy BasoFlowEx Kit, kat. č. ED7043 (EXBIO).

UPOZORNĚNÍ: Alergen se může uvolnit ze dna zkušavky kvůli drsným přepravním podmínkám.



Centrifugujte jednorázovou testovací zkušavku s alergenem po dobu **1 min. při 200 x g** těsně před vlastním provedením testu aktivace bazofilů.

Odkazy

Informace o nomenklatuře alergenů

- Allergen Nomenclature. WHO/IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee. <http://www.allergen.org/>
- The Allergome Platform. <http://allergome.org/>

Výrobce

EXBIO Praha, a.s.

Nad Safinou II 341

25250 Vestec

Czech Republic

Kontaktní informace

info@exbio.cz

technical@exbio.cz

orders@exbio.cz

www.exbio.cz

Symboly

Slovníček symbolů použitých na obalech a k označení produktu je k dispozici na www.exbio.cz.